



VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC
Sušilovo nám. 5, 771 00 Olomouc
Oddělení klinických laboratoří
Tel.: 973 407 180, 973 407 286, e-mail: laborator@vnol.cz

Popis laboratorního vyšetření

Imunoglobulin G (IgG)	
Analyzovaný materiál	Sérum
Příprava před odběrem	Nejsou stanoveny zvláštní požadavky. R005-Pokyny pro pacienta-odběr žilní krve
Odběrový materiál	Srážlivá krev: Vacuette Greiner červená zátka, 4; 8; 9 ml
Odběr	R060- Pokyny pro zdravotnický personál-odběr krve
Transport a skladování	Transport: max. 2hod při 16 -25°C Stabilita séra: 15–25 °C 7 dní 2–8 °C 7 dní -20 °C 6 měsíců Zdroj: Příbalový leták Imunoglobulin G Abbott Laboratories
Dostupnost	Rutina
Analytická metoda	Turbidimetrie
Referenční interval	0 - 15D 3,2 - 14,1 g/l 15D - 1R 1,1 - 7,0 1R - 4R 3,2 - 11,5 4R - 10R 5,4 - 13,6 10R - 19R 3,0 - 7,8 Zdroj: Pediatric reference intervals, Edward C.C.Wong et al. Muži: 19R - 105R 5,4 - 18,2 g/l Ženy: 19R - 105R 5,5 – 16,3 Zdroj: Příbalový leták Imunoglobulin G Abbott Laboratories.
Interpretace	<i>V přípravě</i>

Poznámky	
-----------------	--

Aktualizace: MUDr.Dočkalová Zuzana