



VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC
Sušilovo nám. 5, 771 00 Olomouc
Oddělení klinických laboratoří
Tel.: 973 407 180, 973 407 286, e-mail: laborator@vnol.cz

Popis laboratorního vyšetření

Amoniak (NH₃)	
Analyzovaný materiál	Plazma
Příprava před odběrem	Nejsou stanoveny zvláštní požadavky. R005-Pokyny pro pacienta-odběr žilní krve
Odběrový materiál	Nesrážlivá krev: Vacuette Greiner (K ₃ EDTA) fialová zátka, 3 ml
Odběr	R060- Pokyny pro zdravotnický personál-odběr krve
Transport a skladování	Transport: Ihned po odběru doručit do laboratoře na ledu. Stabilita plazmy: 2-8°C 2 hodiny -20°C 3 týdny Zdroj:Příbalový leták Ammonia Ultra, Abbott Laboratories
Dostupnost	Rutina, statim
Analytická metoda	Fotometrie
Referenční interval	0 – 1T 64 - 107 µmol/l 1T – 1M 56 - 92 1M - 18R 21 - 50 Zdroj: Carl A. Burtis: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics 18R-105R 18 - 72 µmol/l Zdroj:Příbalový leták Ammonia Ultra, Abbott Laboratories
Interpretace	<i>V přípravě</i>
Poznámky	

Aktualizace: MUDr.Dočkalová Zuzana