



VOJENSKÁ NEMOCNICE OLMOUC
Sušilovo nám. 5, 771 00 Olomouc
Oddělení klinických laboratoří
Tel.: 973 407 180, 973 407 286, e-mail: laborator@vnol.cz

Popis laboratorního vyšetření

C-reaktivní protein (CRP)	
Analyzovaný materiál	Sérum
Příprava před odběrem	Nejsou stanoveny zvláštní požadavky. R005-Pokyny pro pacienta-odběr žilní krve
Odběrový materiál	Srážlivá krev: Vacuette Greiner červená zátka, 4; 8; 9 ml
Odběr	R060- Pokyny pro zdravotnický personál-odběr krve
Transport a skladování	Transport: max. 2hod při 16 -25°C Stabilita séra: 15–25 °C 15 dní 2–8 °C 2 měsíce -20 °C 3 měsíce Zdroj: Příbalový leták CRP Vario, Abbott Laboratories
Dostupnost	Rutina, statim
Analytická metoda	Imunoturbidimetrie
Referenční interval	0 - 19R 0 - 11,3 mg/l Zdroj: Pediatric reference intervals, Edward C.C.Wong et al. 19R - 105R 0 - 5,0 mg/l Zdroj: Příbalový leták CRP Vario, Abbott Laboratories
Interpretace	<i>V přípravě</i>
Poznámky	

Aktualizace: MUDr.Dočkalová Zuzana