

**VOJENSKÁ NEMOCNICE OLMOUC**

Sušilovo nám. 5, 771 00 Olomouc

Oddělení klinických laboratoří

Tel.: 973 407 180, 973 407 286, e-mail: laborator@vnol.cz**Popis laboratorního vyšetření**

Testosteron	
Analyzovaný materiál	Sérum
Příprava před odběrem	Nejsou stanoveny zvláštní požadavky. R005-Pokyny pro pacienta-odběr žilní krve
Odběrový materiál	Srážlivá krev: Vacuette Greiner červená zátka 4; 8; 9 ml
Odběr	R060- Pokyny pro zdravotnický personál-odběr krve
Transport a skladování	Transport: max. 2hod při 16-25°C Stabilita séra: 15-25°C 8 hod 2-8°C 7 dní -20°C 3 měsíce Zdroj: Příbalový leták Architect 2 nd Generation Testosterone Abbott Laboratories
Dostupnost	Rutina
Analytická metoda	Chemiluminiscenční imunoanalýza na mikročásticích (CMIA)
Referenční interval	Muži 21– 49 R 8,33 – 30,19 nmol/l > 50 R 7,66 – 24,82 Ženy 21– 49 R 0,48 – 1,85 nmol/l > 50 R 0,43 – 1,24 Zdroj: Příbalový leták Architect 2 nd Generation Testosterone Abbott Laboratories
Interpretace	<i>V přípravě</i>
Poznámky	

Aktualizace: MUDr.Dočkalová Zuzana