



## VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUČ

Sušilovo nám. 5, 771 00 Olomouc

Oddělení klinických laboratoří

Tel.: 973 407 180, 973 407 286, e-mail: [laborator@vnol.cz](mailto:laborator@vnol.cz)

### Popis laboratorního vyšetření

| CA 125                 |  |
|------------------------|--|
| Analyzovaný materiál   | Sérum  |
| Příprava před odběrem  | Nejsou stanoveny zvláštní požadavky.<br>R005-Pokyny pro pacienta-odběr žilní krve  |
| Odběrový materiál      | <b>Srážlivá krev:</b><br>Vacuette Greiner červená zátka 4; 8; 9 ml   |
| Odběr                  | R060- Pokyny pro zdravotnický personál-odběr krve  |
| Transport a skladování | <b>Transport:</b><br>max. 2hod při 16-25°C<br><br><b>Stabilita séra:</b><br>2-8°C 7 dní<br>-20°C 3 měsíce<br>Zdroj: Příbalový leták Architect CA 125 II, Abbott Laboratories |
| Dostupnost             | Rutina   |
| Analytická metoda      | Chemiluminiscenční imunoanalýza na mikročásticích (CMIA)   |
| Referenční interval    | 0 – 115      0,0 – 35,0 U/mL<br><br>Zdroj: Příbalový leták Architect CA 125 II, Abbott Laboratories  |
| Interpretace           | <i>V přípravě</i>  |
| Poznámky               |  |

Aktualizace: MUDr.Dočkalová Zuzana