



VOJENSKÁ NEMOCNICE OLMOUC

Sušilovo nám. 5, 771 00 Olomouc

Oddělení klinických laboratoří

Tel.: 973 407 180, 973 407 286, e-mail: laborator@vnol.cz

Popis laboratorního vyšetření

Vápník ionizovaný	
Analyzovaný materiál	Plná krev heparinized arteriální (venózní) krev, kapilární krev
Příprava před odběrem	Nejsou stanoveny zvláštní požadavky.
Odběrový materiál	Anaerobní odběr nesrážlivé krve: Plastové heparinized kapiláry safe Clinitubes (100 µl, suchý elektrolyticky vyvážený heparin) Plastová stříkačka PICO (suchý elektrolyticky vyvážený heparin)
Odběr	R060- Pokyny pro zdravotnický personál-odběr krve
Transport a skladování	Transport: Bezprostředně po odběru doručit do laboratoře, nejdéle do 10 minut! Kapiláry i stříkačky transportovat ve vodorovné poloze! Stabilita plné krve: Plastová stříkačka 15-25°C 30 minut Kapiláry 15-25°C 15 minut
Dostupnost	Rutina, statim
Analytická metoda	Potenciometrie
Referenční interval	0-6T 1,40-1,50 mmol/L 6T-115R 1,13-1,32 Zdroj: enclabmed.cz
Interpretace	<i>V přípravě</i>
Poznámky	

Aktualizace: MUDr.Dočkalová Zuzana