



VOJENSKÁ NEMOCNICE OLMOUC

Sušilovo nám. 5, 771 00 Olomouc

Oddělení klinických laboratoří

Tel.: 973 407 180, 973 407 286, e-mail: laborator@vnol.cz

Popis laboratorního vyšetření

Vitamín B12	
Analyzovaný materiál	Sérum
Příprava před odběrem	Nejsou stanoveny zvláštní požadavky. R005-Pokyny pro pacienta-odběr žilní krve
Odběrový materiál	Srážlivá krev: Vacuette Greiner červená zátka 4; 8; 9 ml
Odběr	R060- Pokyny pro zdravotnický personál-odběr krve
Transport a skladování	Transport: max. 2hod při 16-25°C Chránit před světlem! Stabilita séra: 15-25°C 3 dny 2-8°C 7 dní -20°C 3 měsíce Zdroj: Příbalový leták Architect B12 Abbott Laboratories
Dostupnost	Rutina
Analytická metoda	Chemiluminiscenční imunoanalýza na mikročásticích (CMIA)
Referenční interval	5D – 1R 191 - 1163 pmol/L 1 - < 9 R 209 - 1190 9 – <14 R 186 - 830 14 – <17 R 180 - 655 17 – <19 R 150 – 598 Zdroj: Pediatric Reference Intervals, E.C.C. Wong et al. 19 – 115 R 138 – 652 pmol/l Zdroj: Příbalový leták Architect B12 Abbott Laboratories
Interpretace	<i>V přípravě</i>
Poznámky	

Aktualizace: MUDr.Dočkalová Zuzana