



**VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC**  
Sušilovo nám. 5, 771 00 Olomouc  
Oddělení klinických laboratoří  
Tel.: 973 407 180, 973 407 286, e-mail: [laborator@vnol.cz](mailto:laborator@vnol.cz)

### Popis laboratorního vyšetření

Lipáza (LPS )	
Analyzovaný materiál	Sérum
Příprava před odběrem	Nejsou stanoveny zvláštní požadavky. R005-Pokyny pro pacienta-odběr žilní krve
Odběrový materiál	<b>Srážlivá krev:</b> Vacuette Greiner červená zátka, 4; 8; 9 ml
Odběr	R060- Pokyny pro zdravotnický personál-odběr krve
Transport a skladování	<b>Transport:</b> max. 2hod při 16 -25°C  <b>Stabilita séra:</b> 15-25 °C    7 dní 2-8 °C      7 dní -20 °C      1 rok  Zdroj: Příbalový leták Lipase Abbott Laboratories.
Dostupnost	Rutina, statim
Analytická metoda	Fotometrie
Referenční interval	0 - 19R      0,07 – 0,66 µkat/l Zdroj: Pediatric reference intervals, Edward C. C. Wong et al  19R-105R    0,13 – 1,30 µkat/l Zdroj: Příbalový leták Lipase Abbott Laboratories
Interpretace	<i>V přípravě</i>
Poznámky	

Aktualizace: MUDr.Dočkalová Zuzana